

ZJEx



220020349320



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116



方圆电气检测
FANG YUAN ELECTRIC TEST



防爆合格证查询
No.25133F40615

防爆电气设备 防爆合格证

证书编号: ZJEx25.0648

试验报告编号: 25133F40615

制 造 商 : 青天伟业仪器仪表有限公司

地 址 : 河南省开封市祥符区开封黄龙工业园区王白路1号

生产企业 : 青天伟业仪器仪表有限公司

地 址 : 河南省开封市祥符区开封黄龙工业园区王白路1号

产品名称 : 质量流量计

型号规格 : QTCMF

防爆标志 : Ex db IIC T6 Gb

总装图号 : QTCMF.00.00

经对上述产品图样及技术文件审查和样机检验, 确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021

备 注 : 1、电气参数: 额定电压: DC24V、AC220V; 额定功率: 10W。

2、外壳防护等级: IP66。

3、使用环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$ 。

批 准 :

发证日期: 2025. 05. 27

有效期至: 2030. 05. 26

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备检测有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

注: 本证仅对与送检样机一致的产品有效, 持证者有责任保证产品符合标准规定。

地址: 浙江省嘉兴市广穹路400号 <http://www.fydqjc.cn> 电话: 0573-82077338